**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**
Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Стара Загора

**ДО**
**ВСИЧКИ**
**ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с писмо от Министерство на здравеопазването, вх. № 03-28-3/02.08.2024г., Регионална здравна инспекция - Стара Загора следва да проведе пазарно проучване, чрез събиране на оферти с обява.

***При откриване на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, Възложителят не е осигурил финансиране, поради което е предвидил клауза за отложено изпълнение на договора за обществената поръчка.*** *Възложителят предвижда договорът за изпълнение на настоящата обществена поръчка да се сключи под условие в съответствие и при условията на чл. 114 от ЗОП.*
*Когато след изтичане на тримесечен срок от сключване на договора не е осигурено финансиране, всяка от страните може да поиска прекратяването му без предизвестие.*
*Когато след изтичане на 10 месечен срок от сключването на договора не е осигурено финансиране, договорът се счита за прекратен, съгласно чл. 114, ал. 4 от ЗОП.*

1. **Предмет на пазарното проучване:**

Избор на доставчик на лабораторно оборудване, за закупуване и доставка на вертикален автоклав с микропроцесорен контрол за стерилизация на хранителни среди и консумативи за нуждите на отдел Санитарна микробиология към дирекция Лабораторни изследвания. Автоклавът е необходим за стерилизиране на хранителни среди и консумативи на определена температура за точно определено време, които се използват за извършване на микробиологични анализи на проби козметични продукти и отривки от повърхности и на водни проби, за изпълнение на изискванията на Наредба № 9, ДВ бр.30/2001г., изм. ДВ бр.43/2023г за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели; Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно качеството на водата, предназначени за консумация от човека (преработена) обн., ОВ, L 435, 23.12.2020 г.; изискванията на БДС EN ISO 11133:2014/A2:2020 - Микробиология на хранителни продукти, фуражи и вода. Подготовка, производство, съхранение и изпитване за пригодност на хранителни среди и БДС EN ISO 7218:2007 - Микробиология на храни и фуражи. Общи изисквания и ръководство за микробиологични изпитвания, относно критериите, на които трябва да отговаря лабораторното оборудване на микробиологична лаборатория. Необходимо изискване относно стерилизацията на хранителните среди е да се контролира целият цикъл, за да се гарантира достоверност на резултатите от анализа.

2. **Описание на предмета на пазарното проучване:**

Предмета на пазарното проучване включва доставка на лабораторното оборудване; монтаж, инсталация, пускане в действие, провеждане на инструкция за работа и предаване за експлоатация на доставеното лабораторно оборудване с всички необходими за експлоатацията принадлежности.

Изисквания към автоклав:
- Обем на камерата (използваем): не повече от 115 литра включително;
- Температура на стерилизация за течни и твърди хранителни среди: до най-много 140°С;
- Стерилизационно време: до най-много 250 минути;
- Воден резервоар за подаване на вода към автоклав (да не се свързва към ВиК мрежа);
- Микропроцесорен контрол на температура, време и налягане при цикъла на стерилизация;
- Възможност за задаване от потребителя на температура и време на цикъла;
- Интерфейс за връзка с принтер;
- Съхраняване на данни (за цикли, за повреди) с вътрешна памет;
- Захранване – 3 фази

**3. Общо необходими количества:**

Автоклав вертикален – 1 бр.
Кошници за автоклав неръждаеми – не по-малко от 2 бр.

**4. Прогнозна стойност:**

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение е в размер до 17900,00 лв. /седемнадесет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС или 21480,00 лв. /двадесет и една хиляди четири стотин и осемдесет лева/ с включен ДДС.

**5. Срок за изпълнение на доставката:**

Срокът за изпълнение на доставката е в размер на 45 /четиридесет и пет/ работни дни и започва да тече от датата на уведомяване за осигурено финансиране, при условията на чл. 114 от ЗОП, по който е сключен договорът между страните, и приключва с подписване на констативен протокол за предаването и приемането.

**6. Място на изпълнение**:

Регионална здравна инспекция - Стара Загора, с адрес: гр. Стара Загора, ул. “Стефан Караджа“ № 10.

**7. Условия и начин на плащане**:

Плащането на доставката и монтажа се извършва в български лева, по банков път, съгласно условията на договора, подписан между страните.

**8. Критерий за избор на изпълнител:**

Най-ниска предложена цена.

**Предлагана цена:** *Предлаганата цена следва да включва всички разходи, свързани с качественото и срочно изпълнение на предмета на поръчката, включително транспортните разходи за доставка; разходите за натоварване и разтоварване; разходи за отстраняване на несъответствията при приемане на доставката, ако такива са констатирани от страна на Възложителя; разходите по издаването на сертификати, разрешителни, инструкции, паспорти, сервизни книжки, гаранционни карти, документи за платени данъци, мита, такси, фактури, приемо-предавателни протоколи и всички съпътстващи документи необходими за правилната експлоатация, всички разходи във връзка с осъществяването на гаранционна поддръжка за 24 месеца в описания от Възложителя обхват.*

**9. Срок и място за представяне на оферти**: **до 16:30 ч. на 05.09.2024 г.**

Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис: До РЗИ – Стара Загора, гр. Стара Загора - 6000, ул. „Стефан Караджа” № 10 „Предложение за участие в избор на изпълнител за закупуване и доставка на вертикален автоклав с микропроцесорен контрол“.

**10. Важно: Оферти получени след крайния срок за подаване на оферти не се разглеждат.**

**11. Валидност на офертата: Не по-малко от 45 дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.**

**12. Оферти, получени след изтичане на посочения в т. 9 срок се регистрират в деловодната система на РЗИ-Стара Загора и се връщат на подателя.**

**Д-Р НЕДЯЛКА КАБАДЖОВА …/П/…**
***Директор на РЗИ – Стара Загора***